

陕西省临床检验中心
室间质评定量项目可接受性能准则

检验项目	可接受范围
常规化学：	
钾（K）	靶值±6%
钠（Na）	靶值±4%
氯（CL）	靶值±4%
总钙（Ca）	靶值±5%
磷（P）	靶值±10%
镁（Mg）	靶值±25%
葡萄糖（GLU）	靶值±7%
尿素（Urea）	靶值±8%
肌酐（Cr）	靶值±12%
尿酸（UA）	靶值±12%
总蛋白（TP）	靶值±5%
白蛋白（ALB）	靶值±6%
总胆固醇（TC）	靶值±9%
甘油三酯（TRIG）	靶值±14%
高密度脂蛋白胆固醇（HDL-ch）	靶值±30%
胆汁酸（TBA）	靶值±2SD
总胆红素（TBIL）	靶值±15%
直接胆红素（DBIL）	靶值±2SD
丙氨酸氨基转移酶（ALT）	靶值±16%
天门冬氨酸氨基转移酶（AST）	靶值±15%
碱性磷酸酶（ALP）	靶值±18%
γ-谷氨酰基转移酶（GGT）	靶值±11%
胆碱酯酶（CHE）	靶值±20%
乳酸脱氢酶（LDH）	靶值±11%

肌酸激酶 (CK)	靶值 ± 15%
淀粉酶 (AMS)	靶值 ± 15%
全血细胞计数:	
白细胞计数 (WBC)	靶值 ± 15.0%
红细胞计数 (RBC)	靶值 ± 6.0%
血红蛋白 (Hgb)	靶值 ± 6.0%
红细胞压积 (HCT)	靶值 ± 9.0%
血小板计数 (PLT)	靶值 ± 20.0%
平均红细胞体积 (MCV)	靶值 ± 7.0%
平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)	靶值 ± 7.0%
平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)	靶值 ± 8.0%
尿液化学分析:	
比重 (SG)	靶值 ± 0.01
pH	靶值 ± 0.5
凝血试验:	
血浆凝血酶原时间测定 (PT)	靶值 ± 15%
活化部分凝血活酶时间测定 (APTT)	靶值 ± 15%
血浆纤维蛋白原含量测定 (Fbg)	靶值 ± 20%
国际正常化比值 (INR)	靶值 ± 20%
核酸检测 (病毒学):	
乙肝 DNA 定量	靶值 ± 0.5
丙肝 RNA 定量	靶值 ± 0.5
内分泌学:	
总 T ₃ (T ₃)	靶值 ± 25%
游离 T ₃ (FT ₃)	靶值 ± 25%
总 T ₄ (T ₄)	靶值 ± 20%
游离 T ₄ (FT ₄)	靶值 ± 25%
促甲状腺素 (TSH)	靶值 ± 25%
糖化血红蛋白:	

糖化血红蛋白 A _{1c} (HbA _{1c})	靶值 ± 12%
血液粘度检测:	
切变率为 1s ⁻¹ 时的全血粘度 (mPa.s)	靶值 ± 20%
切变率为 50s ⁻¹ 时的全血粘度 (mPa.s)	靶值 ± 20%
切变率为 200s ⁻¹ 时的全血粘度 (mPa.s)	靶值 ± 20%
肿瘤标志物:	
甲胎蛋白 (AFP)	靶值 ± 25%
癌胚抗原 (CEA)	靶值 ± 25%
人绒毛膜促性腺激素 (HCG)	靶值 ± 25%
前列腺特异性抗原 (PSA)	靶值 ± 25%
CA125	靶值 ± 25%
CA15-3	靶值 ± 25%
CA19-9	靶值 ± 25%
β-2-微球蛋白 (β-2-microglobulin)	靶值 ± 25%
铁蛋白 (Ferritin)	靶值 ± 25%
总 β-HCG	靶值 ± 25%
游离 PSA (F-PSA)	靶值 ± 25%
特殊蛋白:	
C 反应蛋白 (CRP)	靶值 ± 25%
类风湿因子 (RF)	靶值 ± 25%
抗“O”(ASO)	靶值 ± 25%